REHABI-PVT ® Rehabilitación tras prostatectomía



Indicación

Entrenador postoperatorio del cuerpo cavernoso tras prostatectomía radical conservadora de nervios y tras intervenciones en la pelvis menor. Para la mejora de la capacidad de erección y la reducción de una posible incontinencia tras la intervención.

Entrenamiento del cuerpo cavernoso en caso de IPP (enferme-dad de Peyronie) para reducir el grado de deformación. El empleo debe tener lugar durante un periodo de tiempo prolongado.

Información para el producto

REHABIPVT ® es un dispositivo médico de ayuda para la rehabilitación y conservación de la capacidad de erección tras prostatectomía e intervenciones en la pelvis menor.

REHABIPVT ® produce una presión negativa en el cilindro en torno al pene. De este modo los cuerpos cavernosos se llenan de sangre provocando la rigidez del miembro. Estas erecciones son de importancia fundamental para la rehabilitación o conservación de la capacidad de erección.1-3 La sangre arterial rica en oxígeno fluye en el cuerpo cavernoso. Los vasos se oxigenan mejor y se entrena la musculatura lisa del cuerpo cavernoso. De este modo se impide la transformación del tejido del cuerpo cavernoso en tejido conjuntivo no elástico y, con ello, una disminución de la longitud del pene, de la circunferencia del pene evitándose la pérdida de la capacidad de erección.

Contraindicación

Anemia de células falciformes, leucemia, tumores medulares u otras enfermedades que tienen como resultado una modificación de la coagulación y provocan una prolongación de la erección.

Limpieza

REHABIPVT ® puede limpiarse fácilmente con agua tibia y jabón suave. Para ello debe eliminarse el cabezal de bomba del cilindro. Se puede limpiar el cabezal de bomba por la parte exterior con un paño húmedo y jabón. No utilizar productos de limpieza corrosivos. Todas las piezas se pueden guardar en la bolsa adjunta.

Garantía

El cabezal de bomba cuenta con una garantía de 2 años.
Esta caduca con el empleo inadecuado como p.ej. caída.
En caso de reclamación indíquese el número de serie (en el cabezal de bomba).

Material

– cabezal de bomba: policarbonato
– cilindro: policarbonato
– TPE (adaptador)

Medida

REHABIPVT ® completo
Cilindro: 200 x 50 mm

Martimedic Suministros Médico - Quirúrgicos , S.L
Av. Ategorrieta, nº9 | | 20013 SAN SEBASTIAN – GUIPUZCOA | | ESPAÑA
T: +34 943 291 918 / +34 943 507 271 | | **F:**+34 943 279 182 | | **E:** pedidos@martimedicsl.com
www.martimedic.com | | www.incontinencias.com | | www.impotencias.es | | www.laser-terapia.es